

범용카테터캐놀러
(MC-14200 외 2783건)

제품 구성 및 주의사항

작성	검토	승인

- **구성품**

침기, 침관, 침캡

- **주의사항**

가. 본 제품은 1회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재 멸균하여 재사용하는 것을 금한다.

나. 개별(날개)포장이 개봉되거나 파손되어 있는 제품은 멸균을 보장할 수 없으므로 사용을 금한다.

다. 오염된 제품에 찢리게 되면 각종 감염질환과 같은 질병에 전염될 수 있다.

라. 사용 전 손상을 받았거나 휘어진 침은 사용을 금한다.

마. 사용 전 제품에 이물질이 발견되면 사용을 금한다.

바. 일반적인 시술목적 이외의 사용을 금한다.